



2015150423V

嘉誉测试
WWW.SDJIAJU.COM.CN

正本

检测报告

山嘉测（2019）第 C190833-003 号

项目名称：二分厂 204 车间废水排口项目

委托单位：山东新华制药股份有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019 年 06 月 14 日



山东嘉誉测试科技有限公司

检测结果

山嘉测(2019)第C190833-003号

第1页 共1页

- 1.委托单位: 山东新华制药股份有限公司
- 2.样品类别: 废水
- 3.现场样品描述: 二分厂 204 车间总镍处理设施总排放口: 无色液体;
- 4.采样日期: 2019 年 5 月 23 日 (检测期间生产运行负荷达 75%以上)
- 5.测试日期: 2019 年 5 月 23 日-2019 年 5 月 25 日
- 6.检测依据及结果:

6.1 废水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备	最低检出限
1	总镍	HJ776-2015 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	0.007mg/L

6.2 废水检测结果

点位	采样时间	检测参数	
		总镍 (mg/L)	
二分厂 204 车间总镍处理设施总排放口	5 月 23 日	上午	ND
		下午	ND

注: "ND" 表示未检出。

报告结束



编制人: 穆婉莹 审核人: 封丽研 批准人: 杨志清 签发日期: 2019.6.14